

STT	Tên thiết bị	Thông số cần hiệu chỉnh	Số lượng
1.	Tủ lạnh Sanaky 1	1 điểm trong khoảng 2 - 8°C	01
2.	Tủ lạnh Sanaky 2	1 điểm trong khoảng 2 - 8°C	01
3.	Tủ lạnh Sanaky 3	1 điểm trong khoảng 2 - 8°C	01
4.	Tủ lạnh Sanaky 4	1 điểm trong khoảng 2 - 8°C	01
5.	Tủ lạnh Sanaky 5	1 điểm trong khoảng 2 - 8°C	01
6.	Tủ lạnh Sanaky 6	1 điểm trong khoảng 2 - 8°C	01
7.	Tủ lạnh Alaska 01	1 điểm trong khoảng 2 - 8°C	01
8.	Máy ly tâm Hanil	3500v/p	01
9.	Máy ly tâm lạnh Beckman Coulter	3500v/p	01
10.	Máy ly tâm HERMLE	3500v/p	01
11.	Máy ly tâm DLAB DM 0424	3500v/p	01
12.	Tủ đông SANAKY 2	1 điểm trong khoảng > -20°C	01
13.	Tủ âm sâu BIOBASE	(-70)-(-85)°C	01
14.	Tủ âm PHCBI	(-25)-(-35)°C	01
15.	Tủ đông LG- Express cool	(-15)-(-25)°C	01
16.	Tủ đông Haier	(-15)-(-25)°C	01
17.	Tủ đông Sanaky	(-15)-(-25)°C	01
18.	Tủ lạnh Sanaky 04	1 điểm trong khoảng 2 - 8°C	01

19.	Tủ lạnh Aqua	1 điểm trong khoảng 2 - 8°C	01
20.	Tủ lạnh Sanaky 01	1 điểm trong khoảng 2 - 8°C	01
21.	Tủ lạnh Sanaky 03	1 điểm trong khoảng 2 - 8°C	01
22.	Tủ lạnh Alaska 02	1 điểm trong khoảng 2 - 8°C	01
23.	Tủ lạnh Sanaky 02	1 điểm trong khoảng 2 - 8°C	01
24.	Tủ An toàn sinh học Cabinet 01	Thử nghiệm	01
25.	Tủ An toàn sinh học Cabinet 02	Thử nghiệm	01
26.	Tủ An toàn sinh học Labgard	Thử nghiệm	01
27.	Tủ An toàn sinh học HUYAir	Thử nghiệm	01
28.	Tủ ấm Memmert 02	60-80°C	01
29.	Máy Vortex Mixer 01	2000-3000v/phút	01
30.	Máy Vortex Mixer 02	2000-3000v/phút	01
31.	Máy ly tâm MaXspin	5000-13000v/phút	01
32.	Máy ly tâm Hettich Zentrifugen	3000-4000v/phút	01
33.	Máy Vortex Rx3	2000-3000v/phút	01
34.	Bồn ủ nhiệt	100°C	01
35.	Autoclaves Hirayama	Hiệu chuẩn: 121°C + áp suất	01
		Kiểm định an toàn	01
36.	Tủ ủ 01	35-37°C	01

37.	Tủ ủ Incucell	35-37°C	01
38.	Tủ âm CO ₂ Nuaire	35-37°C	01